

**RED DE LABORATORIOS AUTORIZADOS
FICHA DE LABORATORIO REGISTRADO EN LA REDLAA**

LABORATORIO VETELAB CÍA. LTDA.

Persona de contacto:	Myriam Sofía Hermosa Torres
Certificado REDLAA Nro.	RLA-DA-001
Certificado de acreditación SAE Nro.	SAE LEN 14-006
Provincia / Ciudad	Pichincha / Machachi
Dirección:	Av. Pablo Guarderas N9-72 y 10° Transversal – Panamericana Sur
Teléfono:	(02) 2316 722 / 099 879 3956
Correo electrónico:	laboratorio@vetelab.com.ec / info@vetelab.com.ec

MATRIZ	PARÁMETRO	MÉTODO	RANGO
SUERO ANIMAL	Detección de Anticuerpos contra Brucella	Aglutinación en placa (Rosa de Bengala)	Positivo / Negativo
		Micro ELISA (ELISA competitiva)	Negativo: PI < 30% Positivo: PI ≥ 30%
	Detección de Anticuerpos contra <i>Brucella abortus</i> , <i>melitensis</i> y <i>suis</i>	Micro ELISA (ELISA indirecta)	Muestras individuales: Negativo: S/P% ≤ 110 Dudoso: S/P% > 110 < 120 Positivo: S/P% ≥ 120 Pool de muestras: Negativo: S/P% ≤ 20 Positivo: S/P% > 20
SUERO EQUINO	Detección de anticuerpos contra Anemia Infecciosa Equina	Inmunodifusión en Gel de Agar (Test de Coggins)	Positivo / Negativo
ANIMAL	Diagnóstico de <i>Mycobacterium bovis</i>	Intradermo reacción ano - caudal	Negativo: < 2 mm Inconcluyente: ≥ 2 a 4 mm Positivo: ≥ 4 mm
		Intradermo reacción cervical comparativa (Diferencia bovina – aviar)	Negativo: Aviar ≥ bovina Inconcluyente: Diferencia ≤ 4mm Positivo: Diferencia > 4 mm

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario

Dirección: Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas
Código postal: 170518 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593 2 382 8860
www.agrocalidad.gob.ec

LABORATORIO VETELAB CÍA LTDA.			
MATRIZ	PARÁMETRO	MÉTODO	RANGO
LECHE	Detección de Anticuerpos contra <i>Brucella abortus</i> o <i>melitensis</i>	Micro ELISA (ELISA indirecta)	Negativo: $S/P\% \leq 45$ S/P% Dudoso: $S/P\% > 45 \leq 50$ S/P% Positivo: $S/P\% > 50$

ELABORADO POR:

Bq. Matilde Moreta E.
RESPONSABLE RED LABORATORIOS
DIAGNÓSTICO ANIMAL

07/ 2023

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario

Dirección: Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas
Código postal: 170518 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593 2 382 8860
www.agrocalidad.gob.ec